



COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

CIRCULAR N°1 CONCURSO DE PRECIOS N°05/22

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA TIPO I Y III, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN Y CONSUMIBLES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

24/01/2023

De acuerdo a las consultas recibidas, se confecciona la presente Circular para aclarar las dudas presentadas:

CONSULTA 1:

Modelos Direct Q8? O Q Direct 8 (este fue discontinuado)?

RESPUESTA 1:

En caso que el equipo Direct Q8/Q Direct 8 haya sido discontinuado, deben presentar confirmación de la empresa fabricante indicando esta situación, y realizar la oferta por el equipo de reemplazo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas para la producción de agua tipo III y tipo I a partir de agua de red.

CONSULTA 2:

Presión de agua de pozo?

RESPUESTA 2:

En Fray Bentos la presión es de agua en boca de canilla oscila entre 2 y 4 bares a lo largo del día (promedio 3 bares).

En Paysandú la presión de agua en punta de red según los técnicos de OSE es de 5 - 4.9 kg.

CONSULTA 3:

Especificaciones de cañería de alimentación (1/2" o 3/4")

RESPUESTA 3:

En Fray Bentos las cañerías son de 1/2 pulgada. En Paysandú la cañería es de 1/2 pulgada.

CONSULTA 4:

Presentación presencial de la oferta? O se puede por email?

RESPUESTA 4:

De acuerdo a la Cláusula Quinta del PBC, la oferta debe ser enviada en sobre cerrado a la Comisión Administradora del Río Uruguay, sita en Av. Costanera Norte S/N, ciudad





COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

de Paysandú. Pueden enviarla por correo postal (dando aviso del envío y adjuntando el comprobante del transporte) o traerla en mano, pero NO pueden enviar la oferta por email.

CONSULTA 5:

Precio CIF o Plaza?

RESPUESTA 5:

En el PBC se indica que deben ser precios finales, pero es factible que presenten precio plaza y <u>además</u> una alternativa de precios ÇIF.

Juan Carlos Martinez Secretario Vécnico Comisión Administradora del Río Uruguan